

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 21 stycznia 2026 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z póź. zm.) oraz na podstawie §4 ust. 2 uchwały Rady Powiatu w Białogardzie Nr L/292/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Białogardzki do spółek wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. 2014.435), po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o. o.o. z siedzibą w Białogardzie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 poniżej.

2. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci urządzeń i aparatów medycznych szczegółowo opisanych w wycenie sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha Sengera datowanej na dzień 04.12.2025 r. (jako załącznik do uchwały), o łącznej wartości 222.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 poniżej.

3. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nakładów finansowych poniesionych przez Powiat Białogardzki na inwestycję pn. „Przebudowa i Modernizacja Budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” o wartości 9.523.896,31 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 31/100) z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 poniżej.

4. Wniesione środki pieniężne przeznaczone zostaną na dalszy rozwój i działalność bieżącą Spółki.

§ 2. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 2.540.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100), do kwoty 2.550.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 10 (słownie: dziesięć), przy zachowaniu dotychczasowej wartości nominalnej jednego udziału 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy.

2. W związku z ustanowieniem nowych udziałów kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 2.550 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

3. Powiat Białogardzki, jako jedyny udziałowiec, obejmuje wszystkie, tj. 2.550 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za jeden udział, na łączną kwotę 2.550.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w podwyższonym kapitale zakładowym.

4. Nowe udziały w liczbie 10 (słownie: dziesięć) zostaną objęte za wkłady określone w §1 ust. 1-3, przy czym nadwyżka w stosunku do łącznej ceny nominalnej obejmowanych udziałów, zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki.

§ 3. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego, określonego w § 1 ust. 1, będą środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2026 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
*mgr Paweł Wsniowski*



**Łódzka Rada Federacji  
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT**

pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

tel.: (+48) 42 636 52 08

e-mail: [zut-not@not.lodz.pl](mailto:zut-not@not.lodz.pl)

Nr rejestru: 48/2025/UT

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Białogardzki  
Starostwo Powiatowe w Białogardzie  
Plac Wolności 16-17  
78-200 Białogard

PRZEDMIOT  
OPRACOWANIA:

Wycena aparatów i urządzeń medycznych, wg wykazu otrzymanego  
w dniu 15.09.2025r.; znajdujących się w Regionalnym Centrum  
Medycznym w Białogardzie, ul. Chopina 29.

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Wojciech Senger



FEDERACJA STOWARZYSZEŃ  
NAUKOWO-TECHNICZNYCH  
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA  
EKSPERT NOT  
mgr inż. Wojciech Senger

Numer identyfikacyjny AA101

*Wojciech Senger*

ZATWIERDZIŁ POD WZGLĘDEM  
FORMALNYM:

Łódź, dn. 04.12.2025r.

Kierownik Zespołu  
Usług Technicznych i Szkoleniowych  
ERF SNT NOT

*Maria W. Nowowska*



## 1. Podstawa formalna

Wycena została sporządzona na podstawie umowy zawartej w dniu 12.11.2025r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim – Starostwem Powiatowym w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard a łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź.

## 2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wyceny są urządzenia i aparaty medyczne wg przesłanego wykazu przez Zlecającego – Tabela 1.

Tabela 1

Lp.	NAZWA	NR SERYJNY	ROK PROD.
1	Stół operacyjny	SU0309-00471	2020
2	Stół operacyjny	SU0309-00472	2020
3	Lampa	20200678	2020
4	Lampa	20200679	2020
5	Aparat do znieczuleń GE + monitor	SM620260053WA + SS720290030HA	2020
6	Ultrasnograf przenośny Chison Ebit 30	119050607	2020
7	RTG Calypso + stacja Rayence	01682; OGR020130067	2020
8	USG Canon, CJS - AA000	99A2032410	2020
9	Wieża endoskopowa z wyposażeniem	wg karty dostaw nr 2373-F/2020	2020
10	Zestaw laryskopowy Medim wraz z histeroskopem, artroskopem z oprzyrządowaniem	nr zamówienia IZR.272.3,2020	2020

## 3. Podstawa merytoryczna

Podstawę merytoryczną stanowią:

- informacje techniczne, eksploatacyjne,
- dokumentacja przekazana przez Zlecającego,
- Standardy Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów ( technicznego majątku ruchomego).



Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone przez Zleceniodawcę należy oszacować aktualną wartość rynkową ( $W_{AR}$ ) urządzeń i aparatów medycznych wg przesłanego wykazu przez Zlecającego –

Tabela 1.

gdzie:

**Wartość rynkowa** stanowi najbardziej prawdopodobną cenę przy której można oczekiwać, że przedmiot wyceny zostanie sprzedany przy uwzględnieniu następujących założeń:

występują niezależne od siebie strony transakcji; występuje wystarczający czas negocjacji, uwzględniający rodzaj i zakres majątku; wartości oszacowania są niezmiennie w ciągu całego okresu negocjacji; objekty transakcji zostaną swobodnie wystawiane na rynku; strony nie działają w sytuacji przymusowej; nie jest brana pod uwagę żadna wyższa cena, którą mógłby zapłacić kupujący z powodu specjalnego zainteresowania.

*Źródło: Standardy Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów ( technicznego majątku ruchomego), Warszawa, czerwiec 2012 r.*

więc:

na podstawie powyższych wycena zostanie wykonana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych za pomocą wzoru:

$$W_O = W_P \times [(1 - Z_P) \div 100] \times k$$

gdzie:

$W_O$  – wartość odtworzeniowa

$W_P$  – wartość początkowa

$Z_P$  – zużycie potencjału eksploatacyjnego [%]

$k$  – współczynnik nowoczesności konstrukcji obejmujący zużycie moralne i stopień przydatności gdzie:

$$k = 1 - \alpha (te - 1)$$

$te$  – ilość lat eksploatacji,

$\alpha$  – wartość empiryczna zależna od rodzaju szacowanego obiektu

stąd:

$$W_{AR} = W_O \times E_r$$



gdzie:

$W_{AR}$  – wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych

$E_r$  – współczynnik uwarunkowań rynkowych ustalany każdorazowo przez Rzeczoznawcę SIMP

Podstawa wyceny – przekazane informacje rzeczoznawcy na temat kwot zakupu. Baza danych rzeczoznawcy.

#### 4. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu i obejmuje ustalenie wartości rynkowej ( $W_{AR}$ ) urządzeń i aparatów medycznych wg przesłanego wykazu przez Zlecającego – Tabela 1 na potrzeby Zlecającego.

#### 5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje ocenę stanu technicznego i oszacowanie wartości rynkowej ( $W_{AR}$ ) urządzeń i aparatów medycznych wg przesłanego wykazu przez Zlecającego – Tabela 1.

#### 5. Wizja lokalna

Wizję lokalną przeprowadzono w dniu 20. 11. 2025 r. w miejscu postoju przedmiotowych urządzeń i aparatów medycznych wg Tabeli 1. – Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Chopina 29, 78 – 200 Białogard. Urządzenia i aparaty medyczne znajdujące się w sali operacyjnej z przyczyn obiektywnych – zabiegi/operacje nie zostały ocenione wzrokowo, nie można również było wykonać dokumentacji zdjęciowej – dotyczy to wg Tabeli 1 poz. 1, poz. 2, poz. 5, poz. 10. W związku z powyższym ocena techniczna została wydana na podstawie oświadczeń przedstawiciela Działu technicznego szpitala oraz dokumentacji. W dniu wizji lokalnej **pozostałe urządzenia i aparaty medyczne nie pracowały, oceniane były wzrokowo.** Na podstawie oceny rzeczoznawcy i oświadczeniach Przedstawiciela Działu technicznego szpitala stwierdzono, że urządzenia podlegające ocenie są sprawne, kompletne, brak widocznych uszkodzeń które mogłyby mieć wpływ na poprawną pracę w pełnych cyklach, taktach roboczych.

#### 6. Informacje dodatkowe

Wszystkie urządzenia i aparaty wg Tabeli 1 są dopuszczone do eksploatacji na terenie Kraju, posiadają Paszporty techniczne i przechodzą przeglądy techniczne zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową, przeglądy techniczne wykonywane są przez kwalifikowanych pracowników serwisów technicznych.



## 7. Procedura szacowania wartości (kolejność wg Tabeli 1)

7.1 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych - Stół operacyjny ogólnochirurgiczny; numer seryjny, SU0309-00471, rok produkcji 2020 – 1 szt.

Ustaliam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 35\%; te = 5; \alpha = 0,01; E_r = 0,5; W_p = 51\ 000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 51000 \cdot (1 - 35/100) \cdot [1 - 0,01 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,5 = 15\ 912,00 \text{ zł netto}$$

Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego; numer seryjny, SU0309-00471, rok produkcji 2020 – 1 szt. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:

$$W_{AR} = 15\ 900,00 \text{ zł netto}$$

słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych netto

7.2 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych - Stół operacyjny ortopedyczny; numer seryjny, SU0309-00472, rok produkcji 2020 – 1 szt.

Ustaliam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 33\%; te = 5; \alpha = 0,01; E_r = 0,5; W_p = 65\ 000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 65000 \cdot (1 - 33/100) \cdot [1 - 0,01 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,5 = 20\ 904,00 \text{ zł netto}$$

Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego; numer seryjny, SU0309-00472, rok produkcji 2020 – 1 szt. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:

$$W_{AR} = 20\ 900,00 \text{ zł netto}$$

słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych netto



**7.3 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Lampa diagnostyczna statywowa; numer seryjny, 20200678, rok produkcji 2020 – 1 szt.**

Ustalam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 30\%; te = 5; \alpha = 0,01; E_r = 0,6; W_p = 1\ 100,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 1100 \cdot (1 - 30/100) \cdot [1 - 0,01 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,6 = 443,52 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych lampy diagnostycznej statywowej; numer seryjny, 20200678, rok produkcji 2020 – 1 szt. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 400,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: czterysta złotych netto**

**7.4 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych - Lampa diagnostyczna statywowa; numer seryjny, 20200679, rok produkcji 2020 – 1 szt.**

Ustalam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 31\%; te = 5; \alpha = 0,01; E_r = 0,6; W_p = 1\ 100,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 1100 \cdot (1 - 31/100) \cdot [1 - 0,01 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,6 = 437,18 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych lampy diagnostycznej statywowej; numer seryjny, 20200679, rok produkcji 2020 – 1 szt. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 400,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: czterysta złotych netto**



**7.5 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Aparat do znieczuleń CARESTATION 620 z wyposażeniem; numer seryjny, SM620260053WA, rok produkcji 2020 w zestawie kardiomonitor CARESCAPE B450, numer seryjny SS720290030HA, rok produkcji 2020 – 1 kpl.**

Ustaląm dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 50\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 120\,000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 120000 \cdot (1 - 50/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 22\,080,00 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych aparatu do znieczuleń CARESTATION 620 z wyposażeniem; numer seryjny, SM620260053WA, rok produkcji 2020 w zestawie kardiomonitor CARESCAPE B450, numer seryjny SS720290030HA, rok produkcji 2020 – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 22\,100,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych netto**

**7.6 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych - Ultrasonograf przewoźny Chison Ebit 30 z wyposażeniem; numer seryjny, 119050607, rok produkcji 2020 – 1 kpl.**

Ustaląm dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 52\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 46\,000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 46000 \cdot (1 - 52/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 8\,125,44 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych ultrasonografu przewoźnego Chison Ebit 30 z wyposażeniem; numer seryjny, 119050607, rok produkcji 2020 – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 8\,100,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: osiem tysięcy sto złotych netto**



**7.7 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Aparat RTG kostno – płucny; numer seryjny, 01682, rok produkcji 2020 z stacją akwizycyjną do dekodeków Rayence, numer seryjny CGR020130067, detektor Rayenece 43 x 43 rok produkcji 2020 – 1 kpl.**

Ustaliam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 50\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 120\,000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 120000 \cdot (1 - 50/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 22\,080,00 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych aparatu RTG kostno – płucny; numer seryjny, 01682, rok produkcji 2020 z stacją akwizycyjną do dekodeków Rayence, numer seryjny CGR020130067, detektor Rayenece 43 x 43 rok produkcji 2020 – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 22\,100,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto złotych netto**

**7.8 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Aparat USG stacjonarny Canon typ CUs-AA000 Aplio z wyposażeniem; numer seryjny, 99A2032410, rok produkcji 2020 – 1 kpl.**

Ustaliam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 60\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 185\,000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 185000 \cdot (1 - 60/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 27\,232,00 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych aparatu USG stacjonarny Canon typ CUs-AA000 Aplio z wyposażeniem; numer seryjny, 99A2032410, rok produkcji 2020 – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 27\,200,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych netto**



**7.9 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Wieża endoskopowa z wyposażeniem; numer seryjny – brak, przyjęto numer wg karty dostawy 2373-F/2020, rok produkcji – 1 kpl.**

Ustalam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 62\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 415\ 000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 415\ 000 \cdot (1 - 62/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 58\ 033,60 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych wieży endoskopowa z wyposażeniem; numer seryjny – brak, przyjęto numer wg karty dostawy 2373-F/2020, rok produkcji – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 58\ 000,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych netto**

**7.10 Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych – Zestaw laparoskopowy Medim wraz z histeroskopem, artroskopem z oprzyrządowaniem; numer seryjny - wg zamówienia nr IZR.272.3.2020, rok produkcji 2020 – 1 kpl.**

Ustalam dla wartości aktualnej dla ustalonych warunków rynkowych:

$$Z_p = 60\%; te = 5; \alpha = 0,02; E_r = 0,4; W_p = 322\ 000,00 \text{ zł netto}$$

$$W_{AR} = 322\ 000 \cdot (1 - 60/100) \cdot [1 - 0,02 \cdot (5 - 1)] \cdot 0,4 = 47\ 398,40 \text{ zł netto}$$

**Wartość aktualna dla ustalonych warunków rynkowych zestawu laparoskopowego Medim wraz z histeroskopem, artroskopem z oprzyrządowaniem; numer seryjny, wg zamówienia nr IZR.272.3.2020, rok produkcji 2020 – 1 kpl. oszacowana w podejściu odtworzeniowym przy uwzględnieniu warunków rynkowych na dzień 01.12.2025 r. po zaokrągleniu wynosi:**

$$W_{AR} = 47\ 400,00 \text{ zł netto}$$

**słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych netto**



## 8. Klauzule i zastrzeżenia ograniczające

1. Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka i ogólny stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na określoną wartość wycenianych urządzeń.
2. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady, których nie można ustalić podczas wizji lokalnej lub skutki techniczne i prawne jakie mogą powstać w czasie przenoszenia wycenianego urządzenia na nowe miejsce przeznaczenia.
3. Wartość wycenianego urządzenia została ustalona na dzień sporządzenia wyceny dla warunków określonych w pkt. 4.
4. Opracowanie może być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt. 4.
5. Opracowanie zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty wykonania.

Opracował: mgr inż. Wojciech Senger

Uprawniony EKSPERT NOT, numer ewidencyjny AA101




FEDERACJA STOWARZYSZEŃ  
NAUKOWO-TECHNICZNYCH  
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA  
EKSPERT NOT  
mgr inż. Wojciech Senger

Poznań, dnia 01.12.2025 r.


Numer identyfikacyjny AA101

### 9. Dokumentacja fotograficzna – zdjęcia poglądowe (kolejność wg Tabeli 1)


Urządzenia i aparaty medyczne znajdujące się w sali operacyjnej z przyczyn obiektywnych – zabiegi/operacje nie zostały ocenione wzrokowo, nie można również było wykonać dokumentacji zdjęciowej – dotyczy to wg Tabeli 1 poz. 1, poz. 2, poz. 5, poz. 10.



Fot. 1 Lampa diagnostyczna statywowa (3,4)




Fot. 2 Ultrasonograf przewoźny Chison Ebit 30 (6)




Fot. 3 RTG Calypso (7)



Fot. 4 RTG Calypso stacja Rayence (7)



Fot. 5 USG Canon, CUS - AA000 (8)



Fot. 6 Wieża endoskopowa z wyposażeniem (9)