

**Wg rozdzielnika**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **na dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego” - Nr sprawy: IZR.272.4.2020**

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16 – 17, 78-200 Białogard na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 1 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu....., dalej: „sprzęt”. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać sprzęt oraz zapłacić uzgodnioną cenę. **Sprzęt stanie się własnością Kupującego po uiszczeniu wartości umowy zgodnie z §4 ust. 1”.**

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 2**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu (Użytkownikowi)..... miesięcy pełnej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą **i kartą gwarancyjną**) bez wyłączenia na sprzęt liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Termin gwarancji nie biegnie w czasie dokonywania napraw gwarancyjnych, tj. od dnia zlecenia do dnia następnego po zakończeniu naprawy”.

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 3**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 3 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wymiana istotnej części/elementu urządzenia na nowe w przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu/części”.

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 4**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 3 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wymiany urządzenia na nowe w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, powodującej konieczność dokonania istotnych napraw urządzenia, tj. w sytuacji, gdy wartość naprawy przekracza 70% wartości rzeczy”

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 4 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 4 dni roboczych, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienia od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę sprzętu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 6 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wymiany urządzenia/ części/ elementu urządzenia - termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty dostarczenia rzeczy wolnej od wad i **wynosi 6 miesięcy**. W innych przypadkach termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek, wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający (Użytkownik) nie mógł z niej korzystać”.

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 7 ust. 1 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 7 ust. 1 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 12**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 7 ust. 1 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 13**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy § 4 ust. 1d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odp.** Nie. Wszystkie zapisy umowy zostały zatwierdzone przez prawnika.

**Pytanie 14**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.12**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne stosowane do dezynfekcji endoskopów?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.17**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w centralną dyszę płuczaco-myjącą z dystrybucją płynów do wszystkich kanałów endoskopu?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość automatycznego wypompowania płynu dezynfekcyjnego bez możliwości wykorzystania go do dezynfekcji manualnej?

**UZASADNIENIE:** Myjnia skonstruowana jest w sposób aby bezpiecznie i skutecznie przeprowadzać procesy mycia i dezynfekcji. Spuszczanie płynu z myjni i wykorzystywanie go do ręcznej dezynfekcji jest co najmniej niezgodne za zasadami higieny i bezpieczeństwa pacjenta.

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.19**

Czy Zamawiający dopuści zapis zbiornik wody min. 13 litrów?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.22**

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

**UZASADNIENIE:** Kontynuowanie cyklu podczas poniesienia klapy w oferowanym przez nas urządzeniu nie przerywa cyklu i nie powoduje negatywnych skutków dla procesu dezynfekcji. Nie

powoduje  
w żaden sposób wycieku i utraty środków myjących i dezynfekcyjnych.

tez

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19**

**Dot. Załącznika nr 2, AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA pkt.25**

Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach: szerokość 445mm, głębokość 735 mm, wysokość 1005 mm?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.4**

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie w najwyższym standardzie HDTV1080p oraz alternatywnie SDTV?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.8**

Czy Zamawiający dopuści wyjścia wideo standard S-video oraz VGA?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.9**

Czy Zamawiający dopuści procesor bez wyjścia komunikacyjnego DICOM i umożliwi ewentualna integrację z systemem PACS poprzez system archiwizacji danych, który jest również elementem zestawu?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.11**

Czy Zamawiający dopuści zoom o lepszych parametrach (od 1,0 do 2,0 w krokach co 0,01) i tym samym zrezygnuje z punktacji tego parametru?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.14**

Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w najwyższej jakości filtr cyfrowy i zrezygnuje z punktacji tego parametru?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt. 17/22**

Czy Zamawiający dopuści procesor bez dowolnie programowalnego przycisku funkcyjnego na panelu za to z ciekłokrystalicznym monitorem dotykowym umożliwiającym konfigurowanie widżetów do wymagań użytkownika.

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.18**

Czy Zamawiający dopuści procesor z lampą LED i filtrami cyfrowymi i zrezygnuje z punktacji tego parametru?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.19**

Czy Zamawiający dopuści archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG i bezstratny PNG?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia nowoczesnych aparatów jednokonektorowych i zrezygnuje z punktacji tego parametru?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie rezygnuje z punktacji.

**Pytanie 29**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.21**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia aparatów z klasycznym złączem elektronicznym i zrezygnuje z punktacji tego parametru?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie rezygnuje z punktacji.

**Pytanie 30**

**Dot. Załącznika nr 2, PROCESOR OBRAZU pkt.24**

Czy Zamawiający dopuści 5-cio stopniową pompę insuflacji powietrza?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 31**

**Dot. Załącznika nr 2, WÓZEK MEDYCZNY pkt.5**

Czy Zamawiający dopuści 4 samonastawne kółka, każde z niezależnym hamulcem?

**Odp.** Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOKOLONOSKOP pkt.4**

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o kącie obserwacji 140°?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOKOLONOSKOP pkt.5**

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o głębi ostrości od 3-100mm?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOKOLONOSKOP pkt.12**

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z przetwornikiem obrazu w technologii CCD?

**Odp.** Nie, Zamawiający wymaga wideokolonoskop z przetwornikiem obrazu w najnowszej technologii CMOS.

**Pytanie 35**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOKOLONOSKOP pkt.14**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 14. Opisane funkcje są nazwami własnymi tylko jednego producenta FUJIFILM.

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

**Pytanie 36**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOKOLONOSKOP pkt.15**

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z najwyższej jakości złączem elektrycznym?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 37**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.5**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 3-100mm?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 38**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.6**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy zewnętrznej wziernika 9,8 mm?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 39**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.7**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o długości wziernika 1050mm?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 40**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.8**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy dystalnej endoskopu 10,8mm za to z kanałem roboczym 3,2mm?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.



**Pytanie 41**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.10**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o następujących kątach zagięcia końcówki: w górę 210°, dół/prawo/lewo 120°?

**Odp.** Tak zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 42**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.12**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z matrycą w technologii CCD?

**Odp.** Nie, Zamawiający wymaga wideogastroskopu z przetwornikiem obrazu w najnowszej technologii CMOS.

**Pytanie 43**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.13**

Czy Zamawiający Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt 13. Opisane funkcje są nazwami własnymi tylko jednego producenta FUJIFILM

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

**Pytanie 44**

**Dot. Załącznika nr 2, WIDEOGASTROSKOP pkt.14**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z najwyższej jakości złączem elektrycznym?

**Odp.** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45**

**Dot. Załącznika nr 2, Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową i oprogramowaniem**

Czy Zamawiający ma na myśli 3 tonery po jednym z każdego rodzaju czy 3 komplety tonerów – domyślnie są 4 tonery na komplet?

**Odp.** 3 komplety tonerów.

**Pytanie 46**

**Dot. Załącznika nr 2, Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby**

Czy Zamawiający dopuści brak konieczności druku recept ? Wg obecnych standardów tylko główny system szpitalny typu HIS który rozlicza się z NFZ, posiada prawną możliwość wykonywania druków recept i ich egzekwowania

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 47**

**Dot. Załącznika nr 2, Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową i oprogramowaniem pkt. 22 Automatycznie aktualizowana baza leków oraz pkt. 39 Recepty**

Obydwa dotyczą tych samych zagadnień - Czy Zamawiający dopuści brak konieczności posiadania bazy leków i wystawiania recept? To jest rola systemu szpitalnego typu HIS, jako głównego systemu zarządzającego i rozliczaniem się z NFZ.

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 48**

**Dot. Załącznika nr 2, Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową i oprogramowaniem pkt. 29**

Czy Zamawiający dopuści brak obsługi SMS, z racji, że ponownie jak wyżej jest to rola systemu typu HIS, który przetwarza dane pacjentów dla potrzeb placówki i jako jedyny ma dostęp do modułu bramki SMS.

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49**

**Dot. Załącznika nr 2, Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową i oprogramowaniem**

Czy zamawiający wymaga komunikacji z HL7/DICOM z PACS z posiadanymi systemami szpitalnymi zarządzającymi badaniami w placówce przez system do archiwizacji? Jeśli tak prosimy o podanie nazw producentów i systemów.

**Odp.** Zamawiający wymaga możliwości komunikacji z HL7/DICOM z PACS, natomiast nie wymaga integracji.

**Pytanie 50**

**Dot. Załącznika nr 2, Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową i oprogramowaniem pkt. 22**

Czy Zamawiający wymaga działania komunikacji DICOM do PACS w oferowanym systemie do archiwizacji?

**Odp.** Nie, zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 51**

**Dot. Pakiet nr 1** W związku z opisem przedmiotu zamówienia wskazujący na urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Endoelektronik w ramach zachowania uczciwej konkurencji Czy zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę i dopuści automatyczną myjnię endoskopową, zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego, posiada jedną przepływową lampę UV spełniającą wymogi uzdatniania wody. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.** Nie. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym zapewniają, czystość mikrobiologiczną wody, która bierze udział w procesie dekontaminacji endoskopu.

**STAROSTA**  
  
mgr Piotr Pakuszto

**Otrzymują:**

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.